Кюветы для "УНИПРЕСС" выпуска с 2024 года

1. Новый формат кюветы мы применяем с весны 2024-ого года. Она имеет другие размеры. Пользователю оборудования, выпущенного до этого срока необходимо будет поменять штатный столик на новый, под новую кювету. В случае эксплуатации аппаратов Унипресс 02/2М, нужно использовать еще и дополнительную пластину, которая ставится после установки нового столика. Для работ по смене столика на Унипресс 02/2М необходимо демонтировать корпус рабочей зоны. Для работ необходима крестовая отвертка Н1.
2. Для снятия старого столика ослабьте гайки М8 ключом на 13. Болт фиксируйте ключом-шестигранником на 6. Достаньте столик. Тщательно очистите поверхность силовой плиты. Используйте узкий шпатель, нож, ветошь и Уайт-спирит.
3. Установите новый столик аккуратно в пазы болтовых опор. Посмотрите внимательно на все сопрягаемые и касательные поверхности, проверьте еще раз. Болты с гайками затяните, столик зафиксируется.
4. Соберите аппарат. При использовании кювет старого образца будет смещение оси прессования на 3 мм. Кювету старайтесь ставить по середине столика. При работе с новой кюветой установите дополнительную пластину вплотную к силовой плите. Следите за чистотой плиты и пластины.. Пластина опирается на два верхних болта в паз.
5. После замены столика на Унипресс 03 дополнительная пластина не требуется.

ООО «ГЕРАМАКСТЕХ» Тел.: +7(495) 485-80-09; +7(495)973-34-11 сайт: www.geratech.ru